



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO -SAN MARCO"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° **4000362** DEL **16 NOV. 2022**

OGGETTO: Parziale modifica Atto del Settore n. 4000344 del 02/11/2022 - Acquisto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) dl.vo 50/2016 e s.m.i, di n. 1 calibratore di dose da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. San Marco, per l'importo complessivo di € 14.500,00 oltre IVA, finanziato con i fondi di cui al DDG 7184/2005.

Acquisti e Logistica

- Bilancio 2022
 Il presente atto non comporta spesa

L'estensore

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Bilancio 2022

Registrazione n° _____

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario _____

**Il Direttore Settore Risorse
Economiche e Finanziarie**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffale Addamo

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione 3 del 30/10/2020

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso che:

- con nota prot. n° 24/2020 del 02/09/2021 il Responsabile delle Apparecchiature di Medicina Nucleare del Presidio S. Marco, ha richiesto l'acquisto di n.1 calibratore di dose.

Dato atto che:

- Al fine di procedere all'acquisto di quanto richiesto, è stata avviata la procedura di confronto preventivi sulla piattaforma di e-procurement "Appalti&Contratti" alla quale sono state invitate le ditte di seguito indicate:

➤ BKS SRLS	P.IVA 08821110965
➤ COMECER S.P.A.	P.IVA 02404790392
➤ ELSE SOLUTION SRL.	P.IVA 12384150152
➤ RADTECH SRL	P.IVA 04521450967
➤ TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL	P.IVA 02008340016
➤ TEMA SINERGIE SPA	P.IVA 00970310397

- Alla suddetta procedura hanno risposto la ditta di seguito indicate presentando i preventivi di seguito indicati:

DITTA	Q.TA'	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
ELSE SOLUTIONS SRL	1	ISOMED 2010 PC-BASED DOSE CALIBRATOR TOUCH SCREEN	€ 14.500,00
TEMA SINERGIE SPA	1	CRC-PC SMART Chamber RPh 5130-20254	€ 14.730,00
TECNOLOGIE AVANZATE	1	CAPINTEC MOD. CRC-55tPET	€ 14.950,00

- Con Atto del Settore n. 4000344 del 02/11/2022 è stata aggiudicata la fornitura alla ditta Else Solutions S.r.l e che è stato emesso il relativo ordine tramite canale NSO.

Accertato che:

- La suddetta ditta, dopo aver ricevuto l'ordine di fornitura, ha comunicato, con nota prot n. 58539 del 10/11/2022, che l'apparecchiatura proposta non può essere fornita nei tempi previsti dall'ordine di fornitura per le note difficoltà che al momento si riscontrano nel mercato in ordine alla fornitura di tale tipo di attrezzature e che in alternativa, la ditta ha proposto un'altra tipologia di calibratore (modello Atomlab500), consegnabile in dieci giorni dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura, che a

suo dire "è tecnicamente equivalente e migliorativo su alcuni aspetti" mantenendo inalterate le condizioni di fornitura;

- Le schede tecniche del suddetto calibratore sono state sottoposte all'esperto tecnico che con nota prot. n. 59213 del 15/11/2022 ha confermato che il calibratore risulta essere tecnicamente equivalente e mantiene inalterate le condizioni di fornitura.
- Alla luce di quanto sopra esposto modificare il modello di calibratore indicato nell'atto 4000344 del 02/11/2022 con il calibratore di seguito:
 - Modello Atomlab 500

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto che:

- con nota prot. n° 24/2020 del 02/09/2021 il Responsabile delle Apparecchiature di Medicina Nucleare del Presidio S. Marco, ha richiesto l'acquisto di n.1 calibratore di dose;

Dare atto che:

- Al fine di procedere all'acquisto di quanto richiesto, è stata avviata la procedura di confronto preventivi sulla piattaforma di e-procurement "Appalti&Contratti" alla quale sono state invitate le ditte di seguito indicate:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ➤ BKS SRLS | P.IVA 08821110965 |
| ➤ COMECER S.P.A. | P.IVA 02404790392 |
| ➤ ELSE SOLUTION SRL. | P.IVA 12384150152 |
| ➤ RADTECH SRL | P.IVA 04521450967 |
| ➤ TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL | P.IVA 02008340016 |
| ➤ TEMA SINERGIE SPA | P.IVA 00970310397 |

- Alla suddetta procedura hanno risposto la ditta di seguito indicate presentando i preventivi di seguito indicati:

DITTA	Q.TA'	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
ELSE SOLUTIONS SRL	1	ISOMED 2010 PC-BASED DOSE CALIBRATOR TOUCH SCREEN	€ 14.500,00
TEMA SINERGIE SPA	1	CRC-PC SMART Chamber RPh 5130-20254	€ 14.730,00

TECNOLOGIE AVANZATE	1	CAPINTEC MOD. CRC-55tPET	€ 14.950,00
---------------------	---	-----------------------------	-------------

- Con Atto del Settore n. 4000344 del 02/11/2022 è stata aggiudicata la fornitura alla ditta Else Solutions S.r.l e che è stato emesso il relativo ordine tramite canale NSO.
- La suddetta ditta, dopo aver ricevuto l'ordine di fornitura, ha comunicato, con nota prot n. 58539 del 10/11/2022, che l'apparecchiatura proposta non può essere fornita nei tempi previsti dall'ordine di fornitura per le note difficoltà che al momento si riscontrano nel mercato in ordine alla fornitura di tale tipo di attrezzature e che in alternativa, la ditta ha proposto un'altra tipologia di calibratore (modello Atomlab500), consegnabile in dieci giorni dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura, che a suo dire "è tecnicamente equivalente e migliorativo su alcuni aspetti" mantenendo inalterate le condizioni di fornitura;
- Le schede tecniche del suddetto calibratore sono state sottoposte all'esperto tecnico che con nota prot. n. 59213 del 15/11/2022 ha confermato che il calibratore risulta essere tecnicamente equivalente e mantiene inalterate le condizioni di fornitura.
- Alla luce di quanto sopra esposto modificare il modello di calibratore indicato nell'atto 4000344 del 02/11/2022 con il calibratore di seguito:
 - Modello Atomlab 500

**Il Direttore del Settore
Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)**

