



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA

ATTO DELLA U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
N° 4000180 DEL 21 APR. 2023

OGGETTO: Aggiornamento tecnologico per dismissione della strumentazione *MAGNA PURE LC 2.0*, aggiudicata con atto del Settore Acquisti e Logistica n. 4000225 del 19/07/2022 alla Ditta "Roche Diagnostics S.p.A." installata presso il Laboratorio Analisi II del P.O. "G. Rodolico" dell'Azienda.

U.O.C. Acquisti e Logistica

- Bilancio 2023
 Il presente atto non comporta spese

Il Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Serena Colombrita)

Serena Colombrita

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Francesco Viscuso)

Francesco Viscuso

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

Registrazione n° V. ATTO SETT. ACQ. E LOGIST.
n. 4000225/22
Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario

[Signature]

Il Direttore del Settore

Economico-Finanziario e Patrimoniale

[Signature]

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna
giusta deliberazione n.673 del 13/04/2021

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso:

- Che con Atto del Settore Acquisti e Logistica n. **4000225** del **19/07/2022** è stata aggiudicata la procedura negoziata telematica sul MEPA gestito da Consip ai sensi dell'art.36 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'aggiudicazione dell'art.95 comma 4 (minor prezzo), per singolo lotto, per la fornitura in somministrazione annuale di reagenti e materiale di consumo per l'estrazione di acidi nucleici con lo strumento *MAGNA PURE LC* di proprietà dell'Azienda per il Laboratorio Analisi II del P.O. "G. Rodolico" alla ditta "**Roche Diagnostics S.p.A.**" – **RDO N.2992401**.
- Che in relativo contratto, in corso di validità, è il **2022/595.0** valido fino al 21/07/2023.
- Che la ditta "Roche Diagnostics S.p.A.", con nota del 15/09/2022, ha proposto un aggiornamento tecnologico per dismissione della strumentazione *MAGNA PURE LC 2.0*, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda e altresì provvederà a proprie spese alla consegna, all'installazione della nuova apparecchiatura e all'addestramento del personale preposto al suo utilizzo.
- Che con nota prot. n.70 del 17/03/2023 il Prof. Scalia, Direttore del Laboratorio Analisi II del P.O. G. Rodolico, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'aggiornamento tecnologico, rilevando che i prezzi dei nuovi reagenti sono più favorevoli rispetto ai precedenti già in uso.
- Che con nota prot. n. 18780 del 29/03/2023 questo Settore ha chiesto al Servizio di Farmacia del P.O. G. Rodolico il proprio parere di competenza circa la sostituzione delle apparecchiature in oggetto.
- Che con nota prot. n. 18778 del 29/03/2023 sono state acquisite le autorizzazioni per la parte di competenza del Direttore Sanitario e del Direttore Generale.
- Che tale aggiornamento non comporterà alcun aumento di spesa da parte di quest'Azienda e che il prezzo a test rimarrà invariato e valido per tutta la durata della fornitura.

Vista:

- La proposta di aggiornamento tecnologico della ditta "Roche Diagnostics S.p.A.", agli atti del Settore Acquisti e Logistica.

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto:

- Autorizzare l'aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura *MAGNA PURE LC 2.0* con l'apparecchiatura *MAGNA PURE 24 INSTRUMENT*, completo di accessori, reagenti e consumabili, installato presso il Laboratorio Analisi II del P.O. "G. Rodolico" della Ditta "Roche Diagnostics S.p.A."
- Stabilire che tale aggiornamento non comporta variazione di spesa.

DISPONE

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Di autorizzare l'aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura *MAGNA PURE LC 2.0* con l'apparecchiatura *MAGNA PURE 24 INSTRUMENT*, completo di accessori, reagenti e consumabili, installato presso il Laboratorio Analisi II del P.O. G. Rodolico, della Ditta "Roche Diagnostics S.p.A."
- Di prendere atto che tale aggiornamento tecnologico non comporta alcuna variazione di spesa.
- Dare immediata esecutività al presente atto, al fine di consentire il regolare utilizzo dell'apparecchiatura di proprietà e l'approvvigionamento del materiale necessario per l'attività diagnostica del Laboratorio Analisi II di quest'Azienda Ospedaliera.

Il Direttore
Settore Acquisti e Logistica
Dott. Calogero Raffaele Addamo

